# 1533343 - Surflo™ S-Plus - I.V. cathéter - 24G x 19 mm - jaune - 1 x 50 pcs



## Déscription

Le cathéter I.V. Surflo™ S-Plus se compose de 3 parties et est composée en des matériaux de haute qualité.

Le cathéter est opaque et possède un bouchon Luer-Lock. La conception ergonomique assure le confort et la facilité d'insertion du cathéter dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter.

Arseus Medical Group nv/sa - Rijksweg 10 - 2880 Bornem - Belgium
T 0800 76 988 - F 0800 76 989 - info.care@arseus-medical.be
BTW BE 0822 887 226 - RPR Mechelen - www.arseus-medical.be

ARSEUS MEDICAL
Part of Arseus Medical Group

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Marque** | Terumo |
| **SKU leverancier** | SR+DM2419SX(NIEUWSR+DM2419SD) |
| **Composition** | • Cathéter: FEP + Ba SO4<br>• Embase de cathéter: polypropylène + master batch<br>• Goupille de calage: polyoxyméthylène<br>• Canule (aiguille interne): acier inoxydable<br>• Raccord de l'aiguille: copolymère styrène/butadiène<br>• Bouchon Luer-lock: polypropylène<br>• Filtre de raccord d'évent: polyéthylène<br>• Corps de raccord d'évent: butane styrène co-polymère<br>• Protection: polyéthylène |
| **Stérile** | Oui |
| **Sans latex** | Oui |
| **Débit** | 29 milliliter per minute |
| **Diamètre interne cathéter** | 0.55 mm |
| **Diamètre externe cathéter** | 0.74 mm |
| **sku** | 1533343 |
| **Mécanisme de sécurité** | Non |
| **Aiguille de sécurité** | Non |
| **Couleur** | Jaune |
| **Dimensions** | 24G x 19 mm |
| **Dimensions en mm** | 0,7 x 19 mm |
| **Méthode de sterilisation** | Oxide éthylène |
| **Réglementation Européenne** | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| **Type d'emballage** | Boîte |