

## 1105875 - Micro-Albustix - 25 pcs



### Déscription

Les bandelettes urinaires Microalbustix mesurent les valeurs et le rapport de l'albumine et de la créatinine. Cela permet de réduire efficacement le nombre de résultats faussement positifs et faussement négatifs. Le test affiche les résultats en une minute.

Le rapport est exprimé en milligrammes d'albumine par gramme ou en millimoles de créatinine (mg/g ou mg/mmol). Ce produit donne des résultats semi-quantitatifs et peut être utilisé pour dépister la microalbuminurie dans des échantillons ; les résultats positifs doivent être confirmés par des méthodes quantitatives pour l'albumine.

### Spécifications

Marque	Siemens
sku	1105875
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce