1501300 - 3M™ Comply™ test autoclave de Bowie & Dick II disposable - 20 pcs



Déscription

Grâce à sa chimie des couleurs unique, le kit de test autoclave jetable 3M™ Comply™ de type Bowie & Dick est conforme à la norme BS EN 867-4 et porte la marque BSI Kite Mark. Il est conçu pour un usage unique dans des stérilisateurs à charge poreuse pour les tests quotidiens de Bowie & Dick. Les packs de test Bowie & Dick sont utilisés pour contrôler les performances des stérilisateurs à vapeur sous vide avec pré-vide. Les kits de test détectent de manière reproductible l'air résiduel dans la chambre de stérilisation dû à des fuites, à un vide inadéquat et à des gaz non condensables, car tous ces éléments peuvent nuire à la stérilité.

- Défauts facilement détectables conformément à la norme ISO 11140 Partie 1
- Une approbation ou un rejet facile à interpréter
- Une feuille de test facile à trouver et à récupérer
- Système de "boîte d'allumettes" facile à ouvrir
- Identifie les instruments non stériles avant qu'ils n'atteignent l'environnement stérile

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1501300
Méthode de sterilisation	Vapeur
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Boîte